

Sehr geehrte Damen und Herren,

hier finden Sie unsere Stellungnahme zum Referentenentwurf einer zweiten Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm:

In dem Referentenentwurf einer zweiten Verwaltungsvorschrift zur Änderung der TA Lärm wird der Verweis auf die zurückgezogene Norm DIN EN 60651:1994 und DIN EN 60804:1994 auf die aktuell gültige Norm DIN EN 61672-1:2014 aktualisiert. Bedeutet diese Aktualisierung jedoch, dass nur noch Messgeräte genutzt werden dürfen, die eine Baumusterprüfung nach DIN EN 61672-1:2014 bestanden haben? Das würde bedeuten, dass eine Vielzahl von aktuell im eichpflichtigen Verkehr genutzten Schallpegelmessern dann nicht mehr für Messungen nach TA Lärm eingesetzt werden dürften. Daher schlagen wir vor, dass ein Absatz ergänzt wird, der beschreibt, dass auch geeichte Geräte, die nach DIN EN 61672-1:2003 zugelassen sind (ggf. auch nach DIN EN 606510 und DIN EN 60804), genutzt werden dürfen.

Bei Rückfragen können Sie sich gerne an mich wenden.

Mit freundlichen Grüßen

Vertrieb | Technische Beratung | DAkkS-Kalibrierlabor

Norsonic-Tippkemper GmbH
Zum Kreuzweg 12
59302 Oelde

Internet: www.norsonic.de

Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Henrik Tippkemper
Handelsregister Amtsgericht Münster, HR B Nr. 7439, USt.-IdNr. DE 123991960
